

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0310/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1) Az akkreditált szervezet neve és címe:

METRISO Mérésügyi és Minősítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Kalibráló Laboratórium
 1173 Budapest, Pesti út 237/F. A. ép. 1. em. 53/B.

2) Akkreditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

3) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2017. december 7.**

Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2022. december 7.**

4) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

Sor-szám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség	A kalibrálási eljárás azonosítója	Megjegyzés
Hőmérséklet					
1.	Hőmérsékletmérő	-80...-40 °C -40...0 °C 0...+660 °C +661...+1200 °C	0,11...0,04 K 0,04 K 0,04...0,25 K 1,4...1,8 K	MTKAL-02	
Nyomás és vákuum					
1.	Nyomásmérő	1,00E-07...1,00E-03 bar absz. vákuum ± 25 mbar diff. 0...+1 bar rel. 0...7 bar rel. 8...25 bar rel. 26...70 bar rel. 71...350 bar rel. 351...700 bar rel. 701...1000 bar rel. 0...7 bar absz.	2 % mért értékre + 0,2 µbar 0,06...0,49 Pa 0,01...0,18 mbar 0,06...1,29 mbar 1,39...4,02 mbar 15...16 mbar 9...36 mbar 64...127 mbar 0,49...0,69 bar 0,60...2,06 mbar	MPKAL-02	
Nedvesség					
1.	Páratartalom mérő	5...30 %rH 31...50 %rH 51...80 %rH 81...95 %rH	0,5...0,6 %rH 0,6 %rH 0,6...0,7 %rH 0,7...2,3 %rH	MHKAL-02	

II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni kalibrálási szolgáltatások:

Sor-szám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség	A kalibrálási eljárás azonosítója	Megjegyzés
Hőmérséklet					
1.	Hőmérsékletmérő	-80...-40 °C -40...0 °C 0...+660 °C +661...+1200 °C	0,11...0,04 K 0,04 K 0,04...0,25 K 1,4...1,8 K	MTKAL-02	
Nyomás és vákuum					
1.	Nyomásmérő	1,00E-07...1,00E-03 bar absz. vákuum ± 25 mbar diff. 0...+1 bar rel. 0...7 bar rel. 8...25 bar rel. 26...70 bar rel. 71...350 bar rel. 351...700 bar rel. 701...1000 bar rel. 0...7 bar absz.	2 % mért értékre + 0,2 µbar 0,06 - 0,49 Pa 0,01...0,18 mbar 0,06...1,29 mbar 1,39...4,02 mbar 15...16 mbar 9...36 mbar 64...127 mbar 0,49...0,69 bar 0,60...2,06 mbar	MPKAL-02	
Nedvesség					
1.	Páratartalom mérő	5...30 %rH 31...50 %rH 51...80 %rH 81...95 %rH	0,5...0,6 %rH 0,6 %rH 0,6...0,7 %rH 0,7...2,3 %rH	MHKAL-02	

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/kategoriak)

- VÉGE -